



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUCT: PRODUTO:	Anti-Jk ^b Monoclonal Blood Grouping Reagent Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Jk ^b Monoclonal
LOT NUMBER: NÚMERO DE LOTE:	77609-A1 and all sub-lots (i.e. 77609-A2, 77609-A3, 77609-A4, etc) 77609-A1 e todos os sublotes (e.x. 77609-A2, 77609-A3, 77609-A4, etc)
MANUFACTURE DATE: DATA DE FABRICAÇÃO	2022-02-01 01/02/2022
EXPIRY DATE DATA DE VALIDADE:	2024-02-01 01/02/2024
PRESERVATIVE CONSERVANTE	0.1% Sodium Azide w/v 0.1% de Azida Sódica w/v
DYE CORANTE:	None Nenhum
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
STORAGE ARMAZENAMENTO:	Refrigerate at 2 – 8°C Refrigerado à 2 – 8°C
MICRO TESTING: TESTE MICROBIOLÓGICO:	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg. Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

POTENCY: POTÊNCIA:	Tube Test (Teste em tubo)			
	Jk(a+b+) Cells	1 in 16		
	Células Jk(a+b+)	1 em 16		
SPECIFICITY: ESPECIFICIDADE:	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos		Negative Phenotypes Fenótipos Negativos	
	Jk(a+b+) Cells	Grade 5	Jk(b-) Cells	Negative
	Células Jk(a+b+)	Grau 5	Células Jk(b-)	Negativo

QUALITY CONTROL:
This lot of Anti-Jk^b surpasses the potency and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK.

CONTROLE DE QUALIDADE:
Este lote de Anti-Jk^b supera os requisitos de potência e especificidade descritos na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

RELEASED BY:

DATE: 24 February 2022

LIBERADO POR:

(Technical Administrator)
Administrador Técnico

DATA: 24 de Fevereiro 2022