



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT: PRODUTO:	Anti-Kp ^b Polyclonal Blood Grouping Reagent Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Kp ^b Policlonal
LOT NUMBER: NÚMERO DE LOTE:	32276-A1 and all sub-lots (i.e. 32276-A2, 32276-A3, 32276-A4, etc.) 32276-A1 e todos os sublotes (e.x. 32276-A2, 32276-A3, 32276-A4, etc)
MANUFACTURE DATE: DATA DE FABRICAÇÃO	2022-07-20 20/07/2022
EXPIRY DATE DATA DE VALIDADE:	2024-07-20 20/07/2024
PRESERVATIVE CONSERVANTE	<0.1% Sodium Azide w/v <0.1% de Azida Sódica m/v
DYE CORANTE:	None Nenhum
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
MICRO TESTING:	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg
TESTE MICROBIOLÓGICO:	Materiais de origem usados na produção deste lote foram testados na origem e considerados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg

	Tube Test (Teste em tubo)	DiaMed Card (Cartão Diamed)	BioVue Card (Cartão BioVue)
POTÊNCIA: POTENCY:			
	Kp(a+b+) Cells Células Kp(a+b+)	1 in 2 1 em 2	1 in 8 1 em 8
			1 in 2 1 em 2
SPECIFICITY: ESPECIFICIDADE:	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos	Negative Phenotypes Fenótipos Negativos	
	Kp(a+b+) Cells Células Kp(a+b+)	Grade 3 Grade 3	Kp(b-) Cells Células Kp(b-) Negative Negativo

QUALITY CONTROL:
The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti Kp^b conform to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in UK."

CONTROLE DE QUALIDADE:
As características de potência e especificidade desse lote de Anti-Kp^b estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

QA Associate
Administrador Técnico

DATE: 05 August 2022

DATA: 05 de agosto de 2022