



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

CERTIFICADO DE ANALISE

PRODUCT:	Anti-s Monoclonal Blood Grouping Reagent
PRODUTO:	Reagente de Grupo Sanguíneo Anti S
LOT NUMBER:	77127-A1 and all sub-lots (i.e. 77127-A2, 77127-A3, 77127-A4, etc)
NÚMERO DE LOTE:	77127-A1 e todos os sublotes (e.x. 77127-A2, 77127-A3, 77127-A4, etc)
MANUFACTURE DATE:	2022-04-21
DATA DE FABRICAÇÃO:	21/04/2022
EXPIRY DATE:	2024-04-21
DATA DE VALIDADE:	21/04/2024
PRESERVATIVE:	<0.1% Sodium Azide w/v
CONSERVANTE:	0.1% de Azida Sódica w/v
DYE:	None
CORANTE:	Nenhum
STERILITY:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter
ESTERILIDADE:	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
STORAGE:	Refrigerate at 2 – 8°C
ARMAZENAMENTO:	Refrigerado à 2 – 8°C
MICRO TESTING:	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg
MICRO TESTE:	Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na origem e encontrados para serem não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

	Tube Test: (Teste em tubo)	BioVue Card	Diamed Card
POTÊNCIA:			
POTENCY:	Ss Cells 1 in 8	1 in 128	1 in 128
	Células Ss 1 em 8	1 em 128	1 em 128
SPECIFICITY:	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos	Negative Phenotypes Fenótipos Negativos	
ESPECIFICIDADE:	Ss Cells Grade 4	SS Cells Negative	
	Células Ss Grau 5	Células Ss Negativo	

QUALITY CONTROL: The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti-s conform to the specifications stated in the current issue of “The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK”

CONTROLE DE QUALIDADE: As características de potência e especificidade desse lote de Anti-Ss estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

Technical Administrator
(Administrador Técnico)

DATE: 24 May 2022

DATA: 24 de Maio 2022