



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT: PRODUTO:	Anti-A ₁ Lectin Blood Grouping Reagent Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-A ₁
LOT NUMBER: NÚMERO DE LOTE:	116132-B1 and all sub-lots (i.e. 116132-B2, 116132-B3, 116132-B4, etc.) 116132-B1 e todos os sublotos (e.x. 116132-B2, 116132-B3, 116132-B4, etc)
MANUFACTURE DATE: DATA DE FABRICAÇÃO	2022-07-21 21/07/2022
EXPIRY DATE DATA DE VALIDADE:	2024-07-21 21/07/2024
PRESERVATIVE CONSERVANTE	<0.1% Sodium Azide w/v 0.1% de Azida Sódica m/v
DYE CORANTE:	None Nenhum
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
STORAGE ARMAZENAMENTO:	Refrigerate at 2 – 8°C Refrigerado à 2 – 8°C

POTÊNCIA: POTENCY:	Tube Test: (Teste em tubo)																																				
	A ₁ Cells 1 in 8 Células A ₁ 1 em 8																																				
SPECIFICITY: ESPECIFICIDADE:	<table><thead><tr><th colspan="2">Positive Phenotypes Fenótipos Positivos</th><th colspan="2">Negative Phenotypes Fenótipos Negativos</th></tr></thead><tbody><tr><td>A₁ Cells</td><td>Grade 5</td><td>A₂ Cells</td><td>Negative</td></tr><tr><td>Células A₁</td><td>Grau 5</td><td>Células A₂</td><td>Negativo</td></tr><tr><td>A₁B Cells</td><td>Grade 4</td><td>A₂B Cells</td><td>Negative</td></tr><tr><td>Células A₁B</td><td>Grau 4</td><td>Células A₂B</td><td>Negativo</td></tr><tr><td></td><td></td><td>B Cells</td><td>Negative</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Células B</td><td>Negativo</td></tr><tr><td></td><td></td><td>O Cells</td><td>Negative</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Células O</td><td>Negativo</td></tr></tbody></table>	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos		Negative Phenotypes Fenótipos Negativos		A ₁ Cells	Grade 5	A ₂ Cells	Negative	Células A ₁	Grau 5	Células A ₂	Negativo	A ₁ B Cells	Grade 4	A ₂ B Cells	Negative	Células A ₁ B	Grau 4	Células A ₂ B	Negativo			B Cells	Negative			Células B	Negativo			O Cells	Negative			Células O	Negativo
Positive Phenotypes Fenótipos Positivos		Negative Phenotypes Fenótipos Negativos																																			
A ₁ Cells	Grade 5	A ₂ Cells	Negative																																		
Células A ₁	Grau 5	Células A ₂	Negativo																																		
A ₁ B Cells	Grade 4	A ₂ B Cells	Negative																																		
Células A ₁ B	Grau 4	Células A ₂ B	Negativo																																		
		B Cells	Negative																																		
		Células B	Negativo																																		
		O Cells	Negative																																		
		Células O	Negativo																																		

QUALITY CONTROL: This lot of Anti-A₁ meets the potency and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK.

CONTROLE DE QUALIDADE: As características de potência e especificidade desse lote de Anti-A₁ estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

RELEASED BY:

DATE: 10 August 2022

LIBERADO POR:

DATA: 10 de agosto 2022

QA Associate

Associado de garantia da qualidade