



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL  
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT:	Anti-N Lectin Blood Grouping Reagent
PRODUTO:	Reagente de Grupo Sanguíneo Lectina Anti-N
LOT NUMBER:	31289-A1 and all sub-lots (i.e. 31289-A2, 31289-A3, 31289-A4, etc.)
NÚMERO DE LOTE:	31289-A1 e todos os sublotes (e.x. 31289-A2, 31289-A3, 31289-A4, etc)
MANUFACTURE DATE:	2022-08-16
DATA DE FABRICAÇÃO:	16/08/2022
EXPIRY DATE:	2024-08-16
DATA DE VALIDADE:	16/08/2024
PRESERVATIVE:	<0.1% Sodium Azide w/v
CONSERVANTE:	0.1% de Azida Sódica w/v
DYE:	None
CORANTE:	Nenhum
STERILITY:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter
ESTERILIDADE:	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
STORAGE:	Refrigerate at 2 – 8°C
ARMAZENAMENTO:	Refrigerado à 2 – 8°C

	Tube Test (Teste em tubo)	DiaMed Card (Cartão Diamed)
POTÊNCIA:		
POTENCY:		
	MN Cells Células MN	1 in 32 1 em 32
		1 in 16 1 em 16
SPECIFICITY:	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos	Negative Phenotypes Fenótipos Negativos
ESPECIFICIDADE:	MN Cells Células MN	MM Cells Células MM
	Grade 5 Grau 5	Negative Negativo

QUALITY CONTROL: This lot of Anti-N Lectin meets the potency and specificity requirements as stated in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK.

CONTROLE DE QUALIDADE: As características de potência e especificidade desse lote de Lectina Anti-N estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

RELEASED BY:

DATE: 31 August 2022

LIBERADO POR:

DATA: 31 de agosto de 2022

Quality Assurance Associate  
Assossiado de garantia de qualidade