



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT:	Monoclonal D Negative Control
PRODUTO:	Controle D Monoclonal – Negative Control
LOT NUMBER:	650378-A1 and all sub-lots (i.e. 650378-A2, 650378-A3, 650378-A4, etc)
NÚMERO DE LOTE:	650378-A1 e todos os sublotos (e.x. 650378-A2, 650378-A3, 650378-A4, etc)
MANUFACTURE DATE:	2022-08-02
DATA DE FABRICAÇÃO:	02/08/2022
EXPIRY DATE:	2025-02-02
DATA DE VALIDADE:	02/02/2025
PRESERVATIVE:	< 0.1% Sodium Azide w/v
CONSERVANTE:	< 0.1% de Azida Sódica w/v
DYE:	None
CORANTE:	Nenhum
STERILITY:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter
ESTERILIDADE:	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
STORAGE:	Refrigerate at 2 – 8°C
ARMAZENAMENTO:	Refrigerado à 2 – 8°C

QUALITY CONTROL:

This lot of Monoclonal D Negative Control meets in-house specifications for serological and physical characteristics.

CONTROLE DE QUALIDADE:

Este lote de Controle Anti-D Monoclonal atende às especificações de características físicas e sorológicas determinadas pelo fabricante.

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

Quality Assurance and Regulatory
Coordinator
Coordenador de garantia da
Qualidade e regulatórios

DATE: 07 September 2022

DATA: 07 de setembro de
2022